

महाराष्ट्र शुश्रूषागृह नोंदणी नियम २०२१

खाजगी शुश्रूषागृह तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष पाहणी करुन भरावयाची चेकलिस्ट

शुश्रूषागृहाचे नाव व पत्ता -

डॉक्टरांचे नाव व अर्हता -

डॉक्टरांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई मेल आय.डी.-

प्रत्यक्ष हॉस्पिटल पाहणी दिनांक :-

एकूण खाटांची संख्या - पैकी प्रसुती खाटा - अतिदक्षतागृह खाटा - इतर खाटा -

शुश्रूषागृह प्रथम नोंदणी क्रमांक व दिनांक -

नुतनीकरण दिनांक -

अ.क्र.	अ) शुश्रूषागृहांना किमान आवश्यक बाबी	उपलब्धता (आहे/नाही)					
1	इमर्जन्सी औपधांचा ट्रे.						
2	१ सक्शन मशीन व १ फुट सक्शन मशीन (अतिरिक्त)						
3	८ खाटांसाठी किमान १ ऑक्सीजन सिलेंडर व १ ऑक्सीजन सिलेंडर अतिरिक्त						
4	ज्या विशेष सेवा उपलब्ध असतील त्यासाठी बंधनकारक सर्व आवश्यक यंत्रसामुग्री.						
5	अग्निशामक उपकरणे व चाचणी कलेला दाखला						
6	ट्रेसिंग ट्रॉली.						
7	शुश्रूषागृहामधील आंतररुग्णांची "नमुना ड" प्रमाणे नोंदवही जतन केली आहे काय						
8	वायोमेडीकल वेस्ट मॅनेजमेंट विषयी साहित्य व प्रमाणपत्र						
9	शुश्रूषागृहामध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व सेवांची दरपत्रक मुख्य दर्शनी भागात दर्शविले						
10	स्थानिक पर्यवेक्षक प्राधिकारी यांचा व तक्रार निवारण कक्षाचा दुरध्वनी क्रमांक शुश्रूषागृहाच्या दर्शनी भागात दर्शविले.						
11	शुश्रूषागृहाच्या स्वागत कक्षाजवळ तक्रार नोंदवही उपलब्ध						
12	"रुग्ण हक्क सनद/संहिता" हे शुश्रूषागृहाच्या दर्शनी भागात दर्शविले.						
13	शुश्रूषागृहाच्या भेटीवेळी उपलब्ध मनुष्यवळ						
वेड संख्या	वैद्यकीय अधिकारी	पूर्णवेळ/अर्धवेळ/गरजेनुसार उपलब्ध वैद्यकीय अधिकारी	अधिपरिचारिका	आरोग्य सेविका	वर्ग ४ कर्मचारी	उर्वरित इतर कर्मचारी	शेरा

अ.क्र.	ब) वरील सर्व मुदद्याशिवाय ३० खाटांपेक्षा जास्त खाटांच्या शुश्रूषागृहांमध्ये ५ स्वतंत्र क्षेत्र (झोन) असावेत	उपलब्धता आहे/नाही
1	प्रवेश कक्ष	
2	अॅम्बुलेटरी क्षेत्र	
3	निदान कक्ष (OPD)	
4	आंतररुग्ण कक्ष (IPD)	
5	आणिवाणी क्षेत्र / (ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम इत्यादी)	

अ.क्र.	ब) शस्त्रक्रियागृहांसाठी किमान आवश्यक बाबी	उपलब्धता आहे/नाही
1	ऑपरेशन टेबल	
2	अॅनास्थेशिया मशिन (४ सिलेंडर सह) आणि तदनुषंगिक उपकरणे	
3	पल्स ऑक्सीमीटर.	
4	इलेक्ट्रीक सक्शन मशीन, जनरेटर कनेक्शनसह, व फुट सक्शन मशीन.	
5	इमर्जन्सी मेडीसीन ट्रे.	
6	शॅडोलेस लॅम्प (फिक्स किंवा मोबाईल)	
7	विशेष सेवांसाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री.	
8	शस्त्रक्रियागृहाच्या उचित निर्जंतुकीकरणासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा.	

अ.क्र.	क) सुतिकागृहासाठी किमान आवश्यक बाबी	उपलब्धता आहे/नाही
1	Foetal Doppler फिटल डॉपलर	
2	लेबर टेबल	
3	नवजात बालक पुनरुज्जीवन संच	
4	एक सक्शन मशीन जनरेटर कनेक्शनसह, व एक फुट सक्शन मशीन.	
5	किमान १ ऑक्सीजन सिलेंडर ८ खाटांसाठी व १ अतिरिक्त सिलेंडर.	
6	किमान १ इनफंट वॉर्मर.	
7	Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) साठी आवश्यक साधनसामुग्री व यंत्रसामुग्री.	
8	इमर्जन्सी ट्रे	

अ.क्र.	क) सुतिकागृहासाठी किमान आवश्यक बाबी	उपलब्धता आहे/नाही	
9	ड्रेसिंग ट्रॉली.		
10	ऑटोक्लेव्ह.		
11	अग्निशामक उपकरणे.		
अ.क्र.	ड) अतिदक्षता विभागासाठी किमान आवश्यक बाबी	उपलब्धता आहे/नाही	
1	प्रति खाटेला ७५ चौ.फुट चर्टई क्षेत्र जागा		
2	सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टीम किंवा प्रत्येक खाटेला स्वतंत्र ऑक्सीजन सिलेंडर व दोन अतिरिक्त सिलेंडर		
3	दोन सक्शन मशीन्स व एक फुट सक्शन मशीन		
4	प्रत्येक खाट पडदयाने विभाजीत		
5	प्रत्येक खाटेजवळ ECG, SPO2, NIBP, सनियंत्रण उपकरण मध्यवर्ती नियंत्रण यंत्रासह (Central Monitor).		
6	व्हेटीलेटर (Minimum Pressure Generator) डिफीब्रीलेटर सह		
7	ICU कक्षात किमान एक MBBS डॉक्टर २४ तास कर्तव्यावर तसेच फिजीशियन (Medical ICU) किंवा सर्जन (Surgical ICU) ऑन कॉल उपलब्ध असणे बंधनकारक		
अ.क्र.	भौतिक मानकाचा तपशील	क्षेत्रफळ	उपलब्ध आहे/नाही
१	वार्डमध्ये प्रत्येक खाटेसाठी किमान चर्टई क्षेत्र (एकूण वार्डचे क्षेत्रफळ/खाटांची संख्या)	किमान ६५ चौ.मीटर	
२	दोन खांटामधील किमान अंतर	०६ फुट	
३	भिंतीमधील दारांची किमान रुंदी	०३ फुट	
४	सर्व वार्डमधील कटटयांची किमान उंची (डॅडो)	०३ फुट	
५	स्नानगृह व शौचालयासाठी पुरविण्यात येणारे किमान क्षेत्र	३६ स्वे.फुट	
६	शौचालयांची संख्या	आठ खाटांसाठी एक शौचालय	
७	स्नानगृहांची संख्या (स्नानगृह व शौचालय ही वेगवेगळी असतील)	४ खाटासाठी १ स्नान गृह	
८	वॉशबेसीन संख्या	४ खाटासाठी १	
९	स्वच्छतागृह, शस्त्रक्रियागृहाचा न्युट्रल झोन (शस्त्रक्रियागृह असल्यास)	अनुक्रमे १०० चौ.फुट व १२० चौ.फुट	
१०	शस्त्रक्रियागृहासाठी किमान क्षेत्र (निर्जंतुकीकरण क्षेत्र) आणि किरकोळ शस्त्रक्रियागृह (शस्त्रक्रियागृह असल्यास)	१४० चौ.फुट	
११	स्नानगृह व शौचालय असलेले प्रसुती टेबल सहित प्रसुती कक्ष (प्रसुतीगृह असल्यास)	१४० चौ.फुट + ३० चौ.फुट	
१२	समुपदेशन कक्ष व तपासणी कक्ष	१४० चौ.फुट	
१३	मॅटर्निटी होम असेल तर इनफंट वॉर्मर कक्ष (असल्यास)	१०० चौ.फुट (दोन - अर्भक वॉर्मरसाठी)	
१४	स्थानिक भाषेमध्ये सुविधा दर्शविणारे, फायर एक्झिट किंवा आपतकालीन मार्ग, रक्तपेढी, रुग्णवाहिका सेवा, सुविधा व पोलीस सेवा यांचे महत्वाचे संपर्क क्रमांक दर्शक फलक	स्वागत कक्ष	
१५	पीसीपीएनडीटी, एमटीपी व एईआरबी प्रमाणपत्र प्रदर्शित करणे	स्वागत कक्ष	

प्रमाणित करणेत येते की, डॉ.....यांच्या.....या शुश्रूपागृहाची मी प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे, व त्यांना महाराष्ट्र शुश्रूपागृह नोंदणी (सुधारित) नियम २०२१ नुसार.....खाटांसाठी नोंदणी/नुतनीकरण प्रमाणपत्र देण्याची शिफारस करीत आहे.

तालुका आरोग्य अधिकारी/वैद्यकीय अधिकारी (गट अ) तथा प्राधिकृत अधिकारी
पंचायत समिती/प्रा.आ.केंद्र.....